



Area Dipartimentale P.S.A.L. e Territorio
 Servizio Salute ed Ambiente
 Via Statuto, 5 - 20121 Milano
 tel. 02/85789556-7 - fax 02/85789649
 www.asl.milano.it

12 NOV. 2008

Spett.le

Servizio
 U.O.
 Prot. N. 17598/U
 C.A./gop/de
 Rif.

Oggetto: Pratica radiologica complementare all'esercizio clinico presso lo "Studio Dentistico D.Lgs. n. 187/00.

Nel corso del sopralluogo effettuato da Tecnici della Prevenzione dell'A.S.L. scrivente, in data 2 Settembre 2008 presso lo Studio in oggetto, si è rilevato che:

1. I controlli di qualità eseguiti sulle apparecchiature dalla data del 30/5/2003 fino ad oggi non contengono il giudizio di idoneità all'uso clinico delle stesse ed inoltre non risultano sottoscritti dal Responsabile dell'impianto Radiologico, dottor _____, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b del D. Lgs. 187/00;
2. Il Manuale del Programma di Garanzia della Qualità è redatto in modo generico senza precisi riferimenti alla realtà operativa dell'ambulatorio in indirizzo;
3. I controlli di qualità sulle attrezzature radiografiche vengono effettuati biennalmente, diversamente da come indicato dal Ministero della Salute in data 1/7/2002.

Visto quanto sopra rilevato,

SI PRESCRIVE

che i controlli di qualità eseguiti sulle apparecchiature riportino il giudizio di idoneità all'uso clinico delle stesse e che tali controlli vengano sottoscritti dal Responsabile dell'impianto Radiologico ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera b del D. Lgs. 187/00

Quanto sopra deve essere realizzato **immediatamente** al ricevimento della presente.

Avverso alla presente prescrizione è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dall'avvenuto ricevimento. Non saranno prese in considerazione opposizioni, eventualmente inviate alla A.S.L. Città di Milano, che non siano motivate da errori di fatto contenuti nell'ordinanza.

In caso di inottemperanza a quanto disposto dalla presente si procederà a termini di legge.

Inoltre

SI RICHIEDE di

- a) integrare il Programma di Garanzia della Qualità con riferimenti precisi alla realtà operativa in cui si svolge l'attività dell'ambulatorio, anche attraverso la redazione di specifiche procedure per l'attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 187/00;
- b) effettuare con cadenza annuale i controlli di qualità delle attrezzature secondo quanto raccomandato dal Ministero della salute nella nota del 1/7/2002.

Quanto sopra deve essere realizzato entro 30 giorni dal ricevimento della presente e copia di quanto richiesto dovrà essere inviata al Servizio scrivente.

Distinti saluti.

Il Direttore
Area Dipartimentale
Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di lavoro e del Territorio
Dr.ssa Susanna Cantoni

Responsabile del procedimento: Dr. ssa A. Cappello.
 Tecnici incaricati dell'istruttoria: G. Piucentino e D. Cirelli